

簡易陰圧装置(FSP-01) 一式

仕様書概要

地方独立行政法人大牟田市立病院

2024年8月

I. 調達物品名及び構成内訳

簡易陰圧装置（フクダ電子株式会社 FSP-01） 1式

（主な構成内訳）

簡易陰圧装置本体	1台
FSP-01用ダクトアタッチメント	1個
FSP-01用ダクトホース	1個
微差圧計	1台
配送・組立	1式

その他必要な付属品

II. 調達物品に備えるべき機能及び性能

上記調達物品は以下の要件を満たすこと

1 簡易陰圧装置において以下の要件を満たすこと

- 1-1 室内を陰圧に保つための機能を有すること。
- 1-2 本体サイズは幅360×奥行330×高さ1,135mm以下であること。
- 1-3 UV-C波長帯の紫外線ランプが2本以上内蔵されていること。
- 1-4 脱臭フィルターを内蔵していること。
- 1-5 HEPAフィルターを内蔵していること。
- 1-6 HEPAフィルターに紫外線を照射する機能を有すること。
- 1-7 陰圧・換気回数を確保するため、最大処理風量が11.0m³/min以上であること。
- 1-8 フィルターや紫外線ランプの交換時期をお知らせする機能を有すること。
- 1-9 空調負荷軽減のため、室内の空気の一部を循環できる機構を有すること。
- 1-10 過電流防止機能や異常検出機能を有すること。
- 1-11 重量は15kg以下であること。
- 1-12 装置下部にキャスタが付いていること。

III. 機能、性能以外に関する要件

1 設置条件等

- 1-1 設置場所は、当院が指定した納入場所に設置すること。

- 1-2 機器の搬入・据付・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう、当院担当者と協議の上、その指示によること。
- 1-3 本物品の設置に当たっては、設置場所を十分確認の上搬入し、据付完了後、各システムが正常に動作するように調整すること。また、当院施設等に損傷を与えないよう十分注意すること。
- 1-4 本物品の設置に伴い、不要となる機器がある際には併せて搬出及び回収を行うこと。

2 保守体制

- 2-1 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
- 2-2 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
- 2-3 年間を通じて故障時のための連絡体制が整備されていること。
- 2-4 納入後において耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。

3 その他

- 3-1 導入に当たり、本物品の運用管理担当者に対して、必要な教育訓練及び支援を行うこと。
- 3-2 本システムの説明書・操作マニュアルは、日本語版を提供すること。

以上