

汎用電動式手術台(MOT-VS600Dj) 一式

仕様書

地方独立行政法人大牟田市立病院

2026 年 9 月

I. 調達物品名及び構成内訳

汎用電動式手術台（ミズホ株式会社 MOT-VS600Dj） 1式

（主 な 構 成 内 訳）

電動油圧手術台	1台
デジタルカセット格納枠 頭板タイプA	1枚
デジタルカセット格納枠 背板タイプA	1枚
デジタルカセット格納枠 腰板タイプA	1枚
固定式カセット格納枠ダブル脚板タイプA	1組
その他必要な付属品	
搬入、設置、調整等	1式

II. 調達物品に備えるべき機能及び性能

上記調達物品は以下の要件を満たすこと

- 1 電動油圧手術台については、以下の要件を満たすこと
 - 1-1 テーブルトップの寸法は、長さ 2,000mm～2,200mm×幅 500mm～550mm の範囲内であること。
 - 1-2 ベースの寸法は、長さ 1,000mm～1,200mm×幅 450mm ～500mm の範囲内であること。
 - 1-3 昇降範囲は、床面から最高位 1,000mm 以上、最低位 600mm 以下であること。
 - 1-4 縦転角度は、頭上がり 30° 以上、頭下がり 40° 以上であること。
 - 1-5 横転角度は、左右各 35° 以上であること。
 - 1-6 背板屈折角度は、上がり 90° 以上、下がり 40° 以上であること。
 - 1-7 テーブルトップの最大スライド量は、頭方向 250mm 以上、脚方向 400mm 以上であること。
 - 1-8 縦転、横転及び背板屈折時に、自動で水平復帰する機能を有すること。
 - 1-9 許容作動荷重は、350Kg 以上であること。
 - 1-10 本体は移動式であり、四輪キャスターを本体下部に有すること。
 - 1-11 ブレーキは 4 点式で、固定又は解除する機能を有すること。
 - 1-12 本体質量は、400Kg 以下であること。
 - 1-13 緊急時に備え、緊急停止スイッチを装備していること。

- 1-14 操作ボックスの不具合に備え、予備スイッチを装備していること。
- 1-15 レントゲン撮影用の枠を内蔵していること。
- 1-16 福岡県内に事業所があり、アフターメンテナンスは即日対応が可能であること。

Ⅲ.機能、性能以外に関する要件

1 設置条件等

- 1-1 設置場所は、当院が指定した納入場所に設置すること。
- 1-2 機器の搬入、据付、調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう、当院担当者と協議の上、その指示によること。
- 1-3 本物品の設置に当たっては、設置場所を十分確認の上搬入し、据付完了後、各システムが正常に動作するように調整すること。また、当院施設等に損傷を与えないよう十分注意すること。
- 1-4 本物品の設置に伴い、不要となる機器がある際には併せて搬出又は回収を行うこと。

2 保守体制

- 2-1 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
- 2-2 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
- 2-3 年間を通じて故障時のための連絡体制が整備されていること。
- 2-4 納入後において耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。

3 その他

- 3-1 導入に当たり、本物品の運用管理担当者に対して、必要な教育訓練及び支援を行うこと。
- 3-2 本システムの説明書・操作マニュアルは、日本語版を提供すること。

以上